

KARBONMONOKSİT ÖLÇÜM CİHAZI AĞIZLIĞI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde kullanılan Tabataba CO Tester marka karbonmonoksit ölçüm cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Solunum akımının basınç kaybı olmaması, dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil, açılmaz yapıda olmalıdır.
3. Hastaların ağız anatomisine uygun olmalıdır.
4. Ağızlık kısmı hastanın dudaklarına zarar vermeyecek şekilde pürüzsüz ve düzgün olmalıdır.
5. Tek kullanımlık (disposable) ve tıbbi plastik olmalıdır.
6. Cihaz trapperi (tuzağı) ile uyumlu olmalıdır.
7. Ağızlıklar tek tek poşetlenmiş, 250 adetlik naylon torbalarda olmalıdır.